

Αθήνα, 12.06.2019
Αρ. Πρωτ.: Δ5/Τ5.2/8192

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Τροποποίηση σημείου των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Οδοντιατρικού Συγκροτήματος στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας»

Σχετικώς με το διαγωνισμό που αναφέρεται στο θέμα, με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι το σημείο των τεχνικών προδιαγραφών «θα περιλαμβάνει ισχυρή σιελαντλία που θα καθαρίζεται εύκολα με σύστημα αναστροφής της ροής του νερού και αποσπώμενο άκρο για απολύμανση» (σελ. 24 της Διακήρυξης – ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Να διαθέτει δυο σωλήνες αναρρόφησης με τα κατάλληλα ακρορύγχια, εξυπηρετούμενους από τη χειρουργική αναρρόφηση του συστήματος, εκ των οποίων ο ένας να χρησιμοποιείται για σιελαντλία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Χαρωνίτης

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών